



Број: 01-7/2017/5

Датум: 21.04.2017.

Предмет: Лабораторијска опрема - Ротациона вакуум упаривач и мембранска пумпа; ЈН број 01-7/2017

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

Питање:

- Да ли је прихватљиво понудити ротациони вакуум упаривач димензија (ДхВхШ) **400 x 580 x 420 мм** уместо тражених (ДхВхШ) **500 x 430 x 410 мм** и водено купатило запремине **5 л** уместо тражена **3 л**?

- Да ли је прихватљиво понудити ротациони вакуум упаривач снаге **1400 W** уместо тражених **1300 W**?

Одговор:

Димензије уређаја морају да буду у складу са траженим због места на којем ће уређај бити инсталиран и коришћен. Запремина купатила треба да буде 3л због оптималног односа запремина балона који ће се користити и течности која ће уместо воде да буде грејни флуид. Снага уређаја може да буде 1400w.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 01-7/2017