



Број: 01-9/2017/ 9

Датум: 23.05.2017.

Предмет: Nabavka opreme u okviru Erasmus+ projekta 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Knowledge FOr Resilient soCiEty (K-FORCE)“; JN broj 01-9/2017

Согласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

Питање:

Да ли је прихватљива понуда уређаја следећих карактеристика?

DSC

Принцип мерења: Топлотни флуks

Температурни опсег: -140 до 600°C (са стандардном rashladnom комором I тећним азотом)

Калориметријски мери опсег: ±150 mV

Шум: мање од 0.5 μW (rms, када се држи на 150°C)

Кoličina узорка: Стандардни AL компримовани тас приближно 40 μl

Програмирано грејање/стопа хлађења: +/- 0.1 до +/- 99.9°C/ min (0.1 °C/ hr или 0.1°C/ min)

Програмирано време задржавања: 1 min-999hr (корак 1 min или 1 hr)

Атмосфера: Азот, инертни gas, проток gasa сувог ваздуха

Интерфејс: RS-232C, 1

Контролни софтвер: Thermal analysis workstation TA-60WS

Напајање AC100v,120V,230V, 50/60Hz MAX 800V

DTG

Температурни опсег: Ambient до 1500°C

Мери опсег (TG): ±500 mg

Мери опсег (DTA): ±1000 Mv

Очитаванје тежине: 0.1 μg

Кoličina узорка: 1g max u бруто тежини

Атмосфера: Ваздух и инертни gas

Auto sampler: 24 узорка

Стандардни узорак: Фиксирано

Анализа/штампање: Аутоматска анализа I штампање извештаја

Интерфејс: RS-232C, 1

Контролни софтвер: Thermal analysis workstation TA-60WS

Напајање AC100V,120V,230V, 1500 VA 50/60Hz

Одговор:

Понуда уређаја DSC и DTG са наведеним карактеристикама није прихватљива.

Pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji na strani 23/68 u tehničkoj specifikaciji je tražen “odgovarajući softver I biblioteka spectra”. Da li možete precizirati na koje biblioteke spectra se tačno odnosi?

Odgovor:

Potrebne su biblioteke spektara koje se odnose na materijale organskog I neorganskog porekla koji se koriste u građevinarstvu.

Pitanje:

U konkursnoj dokumentaciji na strani 26/68 navedeno je: „*Poslovni kapacitet: Ponuđač opreme mora da raspoláže neophodnim poslovnim kapacitetom, i to: 1. da je u predhodne tri kalendarske godine prodao opremu koja je predmet nabavke u iznosu minimalno dva puta većem od iznosa ponude*“.

Pitanje glasi:

- Da li će biti prihvatljive reference, ukoliko ponuđač posluje od 2016. godine?

Odgovor:

Ako ispunjava uslov da je prodao opremu koja je predmet nabavke u iznosu minimalno dva puta većem od iznosa ponude, odgovor je da.

S poštovanjem,

Komisija za javnu nabavku 01-9/2017