



Број: 01-8/2018/11

Датум: 03.07.2018.

Predmet: Nabavka opreme u okviru Erasmus + projekat Curricula Development in the fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technologies and Regenerative Medicine in Serbia (ART-REM) број 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP “ no партујамa 1 – 6 ; JN број 01-8/2018

Saglasno odredbi člana 63 Stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljam sledeći odgovor:

Pitanje:

PARTIJA 2

POZICIJA1: Invertni mikroskop sa grejnom plocom i sa mikromanipulatorima i sistemom za foto i video dokumentaciju или одговарајуће

Pošto prema zahtevanim tehničkim karakteristikama samo 1 proizvođač mikroskopa može da ispuni zahtevane tehničke karakteristike najljubaznije vas molimo da izmenite tehničku specifikaciju kako bi i drugim ponudacima omogućili učešće u javnoj nabavci.

Predlazemo specifikaciju po kojoj bi svi zainteresovani ponuđači mogli da učestvuju:

Revolver, nosač objektivа sa min. 6 mesta

Одговарајући објективи увећања 10x, 20x, 40x за Hoffman kontrast

Okulari увећања 10x vidno polje min 22mm

Kondenzor за DIC, fazni kontrast, svetlo polje

Odgovor:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji naveo na str. 7 od 97, po rednim br. 1 tehničku specifikaciju za invertni mikroskop sa grejnom pločom i sa mikromanipulatorima i sistemom za foto i video dokumentaciju. Za naručioca su prihvatljive sve potencijalno ponudjene komponente u skladu sa tehničkom specifikacijom navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

Pitanje:

PARTIJA 2

POZICIJA1: Invertni mikroskop sa grejnom plocom i sa mikromanipulatorima i sistemom za foto i video dokumentaciju или одговарајуће

Da li je moguće ponuditi trinokularni tubus – ugao gledanja 35°

Odgovor:

Da, moguće je ponuditi i ugao gledanje od 35 stepeni

Pitanje:

Da li mora biti integrisan Hoffman kontrast (uvek su rezultati posmatranja bolji kada nisu univerzalni objektivі)

Odgovor:

*Ne mora biti ponudjen **integrисani** Hoffman kontrast.*

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi objektivne sledećih karakteristika, s obzirom da samo jedan proizvođač može ispuniti tražene zahteve

10X NA 0.25, WD 6.2mm

LWD 20X N.A. 0.4, W.D. 3.1mm

LWD 40X N.A. 0.55, W.D. 2.7-1.7 mm

Odgovor:

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji naveo na str. 7 od 97, po rednim br. I tehničku specifikaciju za invertni mikroskop sa grejnom pločom i sa mikromanipulatorima i sistemom za foto i video dokumentaciju. Za naručioca su prihvatljive sve potencijalno ponudjene komponente u skladu sa tehničkom specifikacijom navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

Pitanje:

Pozicije 3. I 4. Trinokularna lupa

Da li je lupa sa paralelnim optičkim sistemom

Odgovor:

Da, lupa je sa paralelnim optičkim sistemom

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi okulare sa vidnim poljem 22 mm

Odgovor:

Moguće je ponuditi okulare sa vidnim poljem 22 mm

Pitanje:

Da li ukupno uvelicanje od 80x podrazumeva odnos okulara uvecanje 10x I objektiv uvecanja 1x

Odgovor:

Ukupno uvelicanje od 80x podrazumeva ukupno uvelicanje uključujući odnos okulara, objektiv i zoom-a.

Pitanje:

Pozicija 5. I 6 Mikroskop za analizu ejakulata

S obzirom da je I objektiv uvecanja 60x vrlo cesto u primeni kod ovih analiza, da li mikroskop treba da ima nosac objektiv (revolver) sa najmanje 6 mesta.

Odgovor:

Nosac objektiv (revolver) treba da ima mesta koliko je objektiv traženo u tehničkoj specifikaciji za poziciju 5 i 6 - Mikroskop za analizu ejakulata.

S poštovanjem,

Komisija za javnu nabavku 01-8/2018