



Број: 01-11/2019/9

Датум: 01.04.2019.

Предмет: Erasmus + пројекат Electrical energy markets and engineering education- Елемед број 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP; JN број 01-11/2019

Слагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

Питање:

1. Molimo Vas da dopunite dodatne zahteve vezane za partiju 1 i koji se odnose da se sertifikat o etaloniranju predmetnog instrumenta. Naime, kalibracioni sertifikat je dokument koji prati instrument i na kome je naveden serijski broj istog. Samim tim, uz ponudu ne postoji mogućnost da se dostavi predmetni sertifikat, već je to dokument koji se dostavlja prilikom isporuke. Na osnovu svega navedenog, molimo Vas da dopunite dodatni zahtev da se kalibracioni sertifikat prema standardu ISO17025 izdat od strane proizvođača dostavlja prilikom isporuke.

Страна 1/1

Одговор:

Слаземо се са предлогом да се калибрациони сертификат уређаја издат од стране произвођача према стандарду ISO17025 достави приликом испоруке уређаја.

Питање:

У јавној набавци JN-OP бр 01-11/2019, у оквиру спецификација за позицију 5 партије 2 се наводи следеће:

- Digital channels with MDO3MSO option: 16,
- Arbitrary Function Generator outputs with MDO3AFG option: 1
- Optional spectrum analyzer frequency range with MDO3SA option: 9 kHz - 3 GHz

Молим вас да потврдите да је овим наглашено да понуђени уређај мора да има могућност накнадне надоградње опцијама које имају наведену функционалност.

Одговор:

Тако је, Вава констатација је тачна.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 01-11/2019