



Број: 01-5/2016/8

Датум: 15.07.2016.

Предмет: Набавка медицинске и лабораторијске опреме и мерних и контролних инструмената у оквиру Темпус пројекта „*Assisting humans with special needs: Curriculum for Human-Tool Interaction Network-HUTON*“ и набавка лабораторијског материјала за H2020 пројекат “*Cost-effective microfluidic electronic devices for optimal drug administration based on fractional pharmacokinetics for leukemia treatments – MEDLEM*”, по партијама; ЈН број 01-5/2016

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

Питање:

Партија 1, ставка 4: Преносни апарат за хемијску анализу крви:

Да ли је прихватљива понуда уколико понуђач понуди апарат који испуњава све наведене карактеристике, али му је радни температурни опсег од 10°C до 40°C?

Одговор:

Да, понуда ће бити прихватљива у наведеном случају.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 01-5/2016