



Број: 01-7/2017/8
Датум: 26.04.2017.

Предмет: Лабораторијска опрема - Ротациона вакуум упаривач и мембранска пумпа; ЈН број 01-7/2017

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи одговор:

Питање:

Везано за објављени тендер ЈН 01-7/2017, молимо Вас за следећим појашњењем за ставку бр.1 Ротавапор РВ 10 дигитал или одговарајући:

-да ли је уз исти потребно понудити одговарајућу подесиву вакуум пумпу и вакуум пумпу "Magnetic valve, laboratory vacuum, for RV10 control" или је потребно понудити само ротациони вакуум упаривач без додатака?

Одговор:

Потребна је наравно и вакуум пумпа, па без ње ротавапор и нема неку сврху. Дакле, потребна је наведена вакуум пумпа, описаних карактеристика због рада се каорозивним испарљивим органским растварачима и концентрованим киселинама и базама.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку 01-7/2017