



Број: 01-11/2019/6

Датум: 28.03.2019.

Предмет: Еразмус + пројекат Electrical energy markets and engineering education- Elemend број 585681-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP; JN број 01-11/2019

Saglasno odredbi člana 63 Stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor:

Питанје:

Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenje/odgovor na sledeća pitanja:

1. Molimo Vas da uskladite tehničku specifikaciju sa traženim modelima za pozicije 2 i 3, s obzirom da su velika odstupanja od tehničkih uslova i specifikacije traženih modela:

Model	Tehnički uslov	Specifikacije traženog modela
SDG1025	0,1Hz...1MHz (triangle waveform)	1μHz~300kHz
Diris A10	mounting hole 91x45mm	72x45mm
Diris A10	AC Voltage: range 35...660 V, accuracy 0.25 % + 1 digit	Direct measurement between phases: 50 ... 520 VAC, Accuracy 0.2 %
Diris A10	AC Current: range 0.05...5.75 A, 0.5 % + 1 digit	Via CT secondary: 5 A, Accuracy: 0.2 %

Stran 1/1

Одговор:

Sve navedene razlike su prihvatljive tako da nam odgovara instrumentacija koju možete da ponudite.

S poštovanjem,

Комисија за јавну набавку 01-11/2019